

仕 様 書

品目：眼科用手術台

使用目的：眼科手術を行う際に使用

必要条件：

1. 患者の乗り降りが安全かつ容易に行なえるよう椅子型であること。
2. 術者がスムーズに手術を行えるよう高さ調節ができ、昇降ストロークは26cm以上有すること。
3. 本体昇降・寝起しはフットスイッチで操作が行なえること。
4. 枕の角度は電動にて操作ができ、調整範囲が広いこと。
5. 枕の駆動域は電動で30°以上の範囲で調整可能なこと。
6. 手術準備等の際に機器移動が簡単に行なえるキャスターを内蔵しており、本体固定の際は電動駆動で容易に行なえること。
7. バックレストの可動域は0°～80°の範囲で行なえること。
8. 患者さんの体型に応じて最適なポジションが得られるようにバックレストにスライド機構が備わっていること。
9. フットスイッチは国際規格の試験基準を満たした防水機能を有すること。
10. アームレストが収納可能なこと。
- 11.. 患者さんの使用する上肢台が左右についていること。