

仕様書

ネーザルハイフロー（加温加湿器搭載型フロージェネレーター） 2 式

（内訳）

本体

ポールスタンド

取り付け台

バスケット

酸素流量計

仕様要件

1.1 フロージェネレーター付き加温加湿器本体については以下の仕様を満たすこと。

- 1.1.1 本体は空気配管を必要としないフロージェネレーター内臓タイプで、チャンバー内で水を加温することで呼吸ガスを加温加湿し、高流量で供給できること。なお、酸素が必要な場合は、配管またはボンベからの供給を可能とする事。
- 1.1.2 本体はディスプレイを有し、目標露点温度/目標流量/測定酸素濃度を表示すること。
- 1.1.3 小児モードおよび成人モードを有していること。尚、小児モードでは 2 L～25 L/分、成人モードでは 10 L～60 L/分での目標流量測定が可能であること。
- 1.1.4 熱傷等の事故を防ぐために、供給ガスの最大温度が 43℃以下となるように設計されていること。
- 1.1.5 湿度は、設定温度 37℃＞33m g /L、設定温度 34℃＞10m g /L、設定温度 31℃＞10m g /L の性能を有していること。
- 1.1.6 各種アラーム機能を備えていること。また、アラームの概要がディスプレイ上での日本語で確認できるとともに、アラーム発生の状況は音でも確認できる事
- 1.1.7 酸素センサーは定期交換・保守が不要であること。
- 1.1.8 高水準消毒モードを搭載していること
- 1.1.9 本体の寸法は D 30 cm ×W 17 cm×H 18 cm 以下であること
- 1.1.10 電氣的定格は 100V、2.4A（MAX）であること